

**TRATTATIVA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA
CAPPA CHIMICA ASPIRANTE A SERVIZIO DEI LABORATORI PROM
FACILITY**

VERBALE COMMISSIONE TECNICA

Come si evince dall’atto di data 29 gennaio 2018 prot. n. 1803, è stata istituita da Paolo Pretti, Direttore della Direzione Operativa di Trentino Sviluppo S.p.A., la Commissione per la valutazione delle offerte tecniche pervenute relativamente alla procedura negoziata senza bando per l’affidamento della fornitura di una cappa chimica aspirante a servizio dei laboratori Prom Facility.

Presso la sede di Via Zeni 8 a Rovereto, alle ore 14.45 del giorno 8 febbraio 2018, la Commissione giudicatrice risulta essere così costituita:

Luca Baglivo - Presidente

Salvatore Orlando – Commissario

Matteo Perini - Commissario

Alessandra Cimolino – Segretario verbalizzante

Il Presidente dichiara aperta la riunione e illustra i criteri di valutazione che verranno utilizzati per la valutazione della proposta tecnica pervenuta; in particolare, in considerazione del fatto che è pervenuta un’unica offerta tecnica da parte della ditta S.P.M. S.r.l. di Ornago la Commissione procederà alla verifica della presenza dei requisiti minimi richiesti.

La Commissione Tecnica inizia l’analisi dell’offerta tecnica e rileva che l’offerta tecnica è lacunosa in molte delle sue parti, in particolare non vengono indicati i valori offerti relativamente ai parametri indicati nella tabella ai punti 5 (Tubazioni, fino alla bocchetta del camino, adatte allo scopo e di diametro corretto, complete di curve e raccordi - lunghezza min 6 m), 9.1 (Limite superiore di temperatura maggiore o uguale a 120 gradi), 9.2 (precisione e stabilità della temperatura di +/- 2 gradi). Inoltre non vengono rispettati alcuni dei requisiti minimi richiesti, in particolare il vano di stoccaggio offerto viene dichiarato in grado di ospitare 5 bottiglie da 1,5 lt e non da 5 lt come richiesto, la mensola nel vano cappa richiesta come accessorio obbligatorio non risulta presente. Non viene offerto nulla riguardo alle caratteristiche

opzionali. Infine si rileva che il fornitore dichiara che sono esclusi i lavori di installazione che invece erano ricompresi nell'oggetto della fornitura.

La Commissione tecnica pertanto valuta l'attrezzatura proposta non idonea.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.40 e provvede a trasmettere il verbale all'Area Acquisti e Gare di Trentino Sviluppo per i successivi adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

I componenti della Commissione

Luca Baglivo

Salvatore Orlando

Matteo Perini

Il segretario verbalizzante

Alessandra Cimolino

(documento firmato in originale)